

(本试剂盒仅供体外研究使用，不用于临床诊断!)

产品货号：GBQ045

产品规格：48T/96T

检测仪器：荧光酶标仪(激发波长 405 nm、发射波长 675 nm)

Elabscience®氧消耗率(OCR)荧光法测试盒

Oxygen Consumption Rate (OCR)

Fluorometric Assay Kit

使用前请仔细阅读说明书。如果有任何问题，请通过以下方式联系我们：

电话：400-999-2100

邮箱：biochemical@elabscience.cn

网址：www.elabscience.cn

具体保质期请见试剂盒外包装标签。请在保质期内使用试剂盒。

联系时请提供产品批号(见试剂盒标签)，以便我们更高效地为您服务。

用途

本试剂盒适用于检测细胞的氧消耗率(OCR)。

检测原理

细胞的线粒体氧化磷酸化过程消耗氧气产生 ATP，为细胞生长提供能量，因此检测细胞的氧消耗率是研究线粒体功能的关键指标。本试剂盒提供一种荧光探针，对氧气敏感，在封闭环境中细胞消耗氧气探针荧光随氧气的量减少而增加，通过检测荧光值变化判断细胞的氧消耗率。

提供试剂和物品

编号	名称	规格 (Size 1)(48 T)	规格 (Size 2)(96 T)	保存方式 (Storage)
试剂一 (Reagent 1)	探针 (Probe)	1.5 mL×1 支	1.5 mL×2 支	-20℃ 避光 保存 6 个月
试剂二 (Reagent 2)	密封液 (Sealing Solution)	4 mL×1 瓶	8 mL×1 瓶	-20℃ 避光 保存 6 个月
	黑色透底培养板	2 板		无要求
	样本位置标记表	2 张		

说明：试剂严格按上表中的保存条件保存，不同测试盒中的试剂不能混用。
对于体积较少的试剂，使用前请先离心，以免量取不到足够量的试剂。

所需自备物品

仪器：荧光酶标仪(带温控功能；激发波长 405 nm、发射波长 675 nm)
试剂：完全培养基

试剂准备

① 各试剂平衡至25℃，试剂一可分装后-20℃避光保存，避免反复冻融。

② 工作液的配制：

使用细胞样本相应的完全培养基将试剂一稀释5-15倍，配成工作液。

实验关键点

① 加入板孔前的所有试剂须 37℃ 预热，检测仪器提前预热至 37℃。

② 按照操作步骤及时检测，避免错过最佳检测时间。

③ 检测过程建议维持检测环境稳定，避免晃动培养板。

④ 单位时间荧光值变化不明显时，可尝试调整细胞量或增加工作液加入体积（不超过 200 μL ）。

⑤ 药物样本可使用完全培养基或 PBS(0.01 M, pH 7.4)稀释后使用。

操作步骤：

荧光酶标仪需要提前将温度设置在 37℃，加入板孔的所有试剂须提前预热至 37℃ 待用。

贴壁细胞：

	空白孔	对照孔	样本孔
细胞	√	√	√
工作液(μL)	--	100	100
培养基(μL)	100	--	--
药物(μL)	--	--	10
药物溶剂(μL)	10	10	--
试剂二	2 滴	2 滴	2 滴

- ① 黑色透底细胞培养板设置空白孔、对照孔和样本孔，细胞浓度约 5×10^5 个/mL，取 100 μL 细胞悬液接种在各孔中(约 5×10^4 个/孔)；
- ② 37℃、5% CO₂ 培养箱中过夜培养；
- ③ 培养完后，小心吸出培养基，避免细胞脱落；
- ④ 空白孔加入 100 μL 培养基，对照孔和样本孔加入 100 μL 工作液；
- ⑤ 将培养板置于酶标仪(37℃)或恒温箱(37℃)孵育 30 min；
- ⑥ 对照孔和空白孔中加入 10 μL 药物溶剂，样本孔中加入 10 μL 药物，立即向每孔加入 2 滴(约 50 μL)试剂二；
- ⑦ 使用酶标仪的动力学模式，底部读数，37℃，设置激发波长 405 nm，发射波长 675 nm。每隔 2 min 检测一次，持续检测 90 min 以上。

悬浮细胞：

	空白孔	对照孔	样本孔
细胞培养基悬液(μL)	100	--	--
细胞工作液悬液(μL)	--	100	100
药物(μL)	--	--	10
药物溶剂(μL)	10	10	--
试剂二	2 滴	2 滴	2 滴

- ① 分别使用培养基和工作液重悬细胞，细胞浓度约 5×10^6 个/mL，黑色透底细胞培养板设置空白孔，对照孔和样本孔。空白孔加入 100 μL 细胞培养基悬液(约 5×10^5 个/孔),对照孔和样本孔加入 100 μL 细胞工作液悬液(约 5×10^5 个/孔);
- ② 将培养板置于酶标仪(37℃)或恒温箱(37℃)孵育 30 min;
- ③ 对照孔和空白孔中加入 10 μL 药物溶剂，样本孔中加入 10 μL 药物，立即向每孔加入 2 滴(约 50 μL)试剂二；
- ④ 使用酶标仪的动力学模式，底部读数，37℃，设置激发波长 405 nm，发射波长 675 nm。每隔 2 min 检测一次，持续检测 90 min 以上。

结果计算

按照荧光值(F)与时间(min)绘制曲线，选择线性部分，按照线性部分的斜率对比细胞的 OCR 大小。

声明

1. 试剂盒仅供研究使用，如将其用于临床诊断或任何其他用途，我公司将不对因此产生的问题负责，亦不承担任何法律责任。
2. 实验前请仔细阅读说明书并调整好仪器，严格按照说明书进行实验。
3. 实验中请穿着实验服并戴乳胶手套做好防护工作。
4. 试剂盒检测范围不等同于样本中待测物的浓度范围。如果样品中待测物浓度过高或过低，请对样本做适当的稀释或浓缩。
5. 若所检样本不在说明书所列样本类型之中，建议先做预实验验证其检测有效性。
6. 最终的实验结果与试剂的有效性、实验者的相关操作以及实验环境等因素密切相关。本公司只对试剂盒本身负责，不对因使用试剂盒所造成的样本消耗负责，使用前请充分考虑样本可能的使用量，预留充足的样本。

