

(本试剂盒仅供体外研究使用，不用于临床诊断!)

产品货号：GBQ134

产品规格：48T(32 samples)/96T(80 samples)

检测仪器：酶标仪(402-422 nm)

Elabscience®柠檬酸合酶(CS)比色法测试盒

Citrate Synthase(CS) Activity Assay Kit

使用前请仔细阅读说明书。如果有任何问题，请通过以下方式联系我们：

电话：400-999-2100

邮箱：biochemical@elabscience.cn

网址：www.elabscience.cn

具体保质期请见试剂盒外包装标签。请在保质期内使用试剂盒。

联系时请提供产品批号(见试剂盒标签)，以便我们更高效地为您服务。

用途

本试剂盒适用于检测动、植物组织和细胞样本中柠檬酸合酶(CS)的活力。

检测原理

柠檬酸合成酶(CS)催化乙酰辅酶 A 和草酰乙酸产生柠檬酰辅酶 A，进一步产生辅酶 A，该反应能生成黄色物质，在 412 nm 处有特征吸光值，通过吸光值的增加来检测 CS 酶活。

本试剂盒检测组织和细胞样本时，需测定总蛋白浓度，推荐使用本公司 BCA 试剂盒(货号 GBQ162)进行测定。

提供试剂和物品

编号	名称	规格 1 (Size 1)(48 T)	规格 2 (Size 2)(96 T)	保存方式 (Storage)
试剂一 (Reagent 1)	提取液 (Extraction Solution)	50 mL×1 瓶	50 mL×2 瓶	-20℃ 保存 3 个月
试剂二 (Reagent 2)	缓冲液 (Buffer Solution)	9 mL×1 瓶	18 mL×1 瓶	-20℃ 保存 3 个月
试剂三 (Reagent 3)	底物 (Substrate)	1.8 mL×1 支	1.8 mL×2 支	-20℃ 避光 保存 3 个月
试剂四 (Reagent 4)	显色剂 (Chromogenic Agent)	1.6 mL×1 支	1.6 mL×2 支	-20℃ 避光 保存 3 个月
试剂五 (Reagent 5)	标准品 (Standard)	粉剂×1 支	粉剂×2 支	-20℃ 避光 保存 3 个月
	96 孔酶标板	48 孔×1 块	96 孔×1 块	无要求
	96 孔覆膜	2 张		
	样本位置标记表	1 张		

说明：试剂严格按上表中的保存条件保存，不同测试盒中的试剂不能混用。

对于体积较少的试剂，使用前请先离心，以免量取不到足够量的试剂。

所需自备物品

仪器：酶标仪(402-422 nm，最佳检测波长 412 nm)，恒温箱(37℃)

试剂准备

- ① 检测前，除试剂四外，其它试剂平衡至室温。
- ② 试剂四室温融化后立即置于冰盒待用，放置时间不超过 2 h，使用完立即放回-20℃保存。
- ③ 10 mmol/L标准品溶液的配制：
取一支试剂五加入1 mL双蒸水充分溶解，得到10 mmol/L的标准品溶液。
未用完部分分装，-20℃避光可保存3天，禁止反复冻融。
- ④ 1 mmol/L标准品溶液的配制：
按照10 mmol/L标准品溶液：双蒸水=1：9的体积比混匀得到1 mmol/L标准品溶液，现配现用，按需配制，配好的1 mmol/L标准品溶液在2 h内使用。
- ⑤ 不同浓度标准品的稀释：

编号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
标准品浓度(mmol/L)	0	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1
1 mmol/L 标准品(μL)	0	40	60	80	120	160	180	200
双蒸水(μL)	200	160	140	120	80	40	20	0

样本准备

① 样本处理

组织样本：匀浆液为试剂一，匀浆离心后取上清待测，留取部分上清进行蛋白浓度测定。

细胞样本：取 1×10^6 细胞加入200 μ L试剂一匀浆，离心后取上清待测，留取部分上清进行蛋白浓度测定。

② 样本的稀释

在正式检测前，需选择2-3个预期差异大的样本稀释成不同浓度进行预实验，根据预实验的结果，结合本试剂盒的检测范围：2.09–110 U/L，可参考下表进行稀释(仅供参考)：

样本	稀释倍数	样本	稀释倍数
10%大鼠肾组织	不稀释	10%大鼠脾组织	不稀释
10%大鼠肝组织	不稀释	10%大鼠心组织	不稀释
10%小鼠肝组织	不稀释	10%大鼠肺组织	不稀释

注：稀释液为试剂一。

实验关键点

- ① 试剂加入体系时应注意避免气泡产生，以免影响测定结果。
- ② 试剂四需-20℃ 保存，融化后立即置于冰盒待用，放置时间不超过 2 h，使用完立即放回-20℃ 保存。

操作步骤

- ① 取 125 μL 试剂二加入相应的各标准孔和测定孔中。
- ② 向步骤①中各孔依次加入 30 μL 试剂三。
- ③ 向步骤②中各孔依次加入 20 μL 试剂四。
- ④ 振板 3 s, 37°C 孵育 3 min。
- ⑤ 标准孔: 向步骤④各标准孔加入 10 μL 不同浓度的标准品;
测定孔: 向步骤④各测定孔加入 10 μL 待测样本。
- ⑥ 振板 3 s, 酶标仪于 412 nm 波长检测各孔 OD 值 A_1 。
- ⑦ 37°C 孵育 8 min。
- ⑧ 振板 3 s, 酶标仪于 412 nm 波长检测各孔 OD 值 A_2 , 计算样本变化 OD 值 ΔA_{412} , $\Delta A_{412} = A_2 - A_1$, 标准孔按照 A_2 值绘制标准曲线。

操作表

	标准孔	测定孔
试剂二(μL)	125	125
试剂三(μL)	30	30
试剂四(μL)	20	20
振板 3 s, 37°C 孵育 3 min。		
不同浓度标准品(μL)	10	--
待测样本(μL)	--	10
振板 3 s, 酶标仪于 412 nm 波长检测各孔 OD 值 A_1 。		
37°C 孵育 8 min, 振板 3 s, 酶标仪于 412 nm 波长检测各孔 OD 值 A_2 , 计算样本变化 OD 值 ΔA_{412} , $\Delta A_{412} = A_2 - A_1$, 标准孔按照 A_2 值绘制标准曲线。		

本试剂盒检测组织和细胞样本时, 需测定总蛋白浓度, 推荐使用 BCA 法。(货号: GBQ162)。

结果计算

标准曲线： $y = ax + b$

组织和细胞样本中 CS 活力计算公式：

定义：37°C 条件下，每克组织或细胞蛋白每分钟生成 1 μmol 辅酶 A 所需要的 CS 酶量为一个活力单位。

$$\text{CS 活性} \quad \frac{(\Delta A_{412} - b) \div a \div T \times 1000 \div C_{\text{pr}} \times f}{(\text{U/gprot})}$$

注解：

y: 标准孔 OD 值-空白孔 OD 值(标准品浓度为 0 时 OD 值；标准曲线计算时只需要使用 A_2 值)

x: 标准品的浓度

a: 标曲的斜率

b: 标曲的截距

ΔA_{412} : 测定孔变化 OD 值

T: 孵育反应时间, 8 min

1000: $1 \text{ mmol/L} = 1000 \mu\text{mol/L}$

C_{pr} : 组织或细胞的蛋白浓度, gprot/L

f: 样本加入检测体系前的稀释倍数

附录1 关键数据

1. 技术参数


检测范围	2.09–110 U/L	平均批间差	7.9 %
灵敏度	2.09 U/L	平均批内差	5 %
平均回收率	104 %		

2. 标准曲线(数据仅供参考)

① 不同浓度标准品加样量10 μ L，按照操作步骤进行实验，各点OD值如下表所示：

标准品浓度 (mmol/L)	0	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1
测定 OD 值	0.145	0.212	0.239	0.288	0.369	0.441	0.478	0.510
	0.157	0.206	0.253	0.286	0.356	0.436	0.474	0.514
平均 OD 值	0.151	0.209	0.246	0.287	0.363	0.439	0.476	0.512
绝对 OD 值	0.000	0.058	0.095	0.136	0.212	0.288	0.325	0.361

② 绘制标曲(如下图):




附录2 实例分析

例如检测小鼠肝组织(数据仅供参考):

取10%小鼠肝组织匀浆上清液10 μL , 按操作表操作, 结果如下: 标准曲线: $y = 0.3699x - 0.0099$, 测定初始OD值 A_1 为0.695, 反应8 min后测定OD值 A_2 为0.871, $\Delta A_{412} = A_2 - A_1 = 0.871 - 0.695 = 0.176$, 10%小鼠肝组织匀浆蛋白浓度为7.40 gprot/L, 计算结果为:

$$\text{CS 活力 (U/gprot)} = (0.871 - 0.695 + 0.0099) \div 0.3699 \div 8 \times 1000 \div 7.40 = 8.49 \text{ U/gprot}$$

按照说明书操作, 测定小鼠肝组织(10%组织匀浆蛋白浓度7.40 gprot/L, 加样量10 μL)、小鼠肾组织(10%组织匀浆蛋白浓度5.36 gprot/L, 加样量10 μL)、小鼠心组织(10%组织匀浆蛋白浓度3.73 gprot/L, 加样量10 μL)和小鼠肺组织(10%组织匀浆蛋白浓度2.57 gprot, 加样量10 μL)中CS活力(如下图):



附录3 问题答疑

问题	可能原因	建议解决方案
标准品测定值复孔差较大	反应体系有气泡	消除气泡或重新检测

声明

1. 试剂盒仅供研究使用，如将其用于临床诊断或任何其他用途，我公司将不对因此产生的问题负责，亦不承担任何法律责任。
2. 实验前请仔细阅读说明书并调整好仪器，严格按照说明书进行实验。
3. 实验中请穿着实验服并戴乳胶手套做好防护工作。
4. 试剂盒检测范围不等于样本中待测物的浓度范围。如果样品中待测物浓度过高或过低，请对样本做适当的稀释或浓缩。
5. 若所检样本不在说明书所列样本类型之中，建议先做预实验验证其检测有效性。
6. 最终的实验结果与试剂的有效性、实验者的相关操作以及实验环境等因素密切相关。本公司只对试剂盒本身负责，不对因使用试剂盒所造成的样本消耗负责，使用前请充分考虑样本可能的使用量，预留充足的样本。

